

 <p>ASP SIRACUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p>REGIONE SICILIANA</p> <p>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA</p> <p>Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891</p>
	<p>Unità Operativa Complessa Provveditorato</p> <p>Via La Pizzuta - 96100 SIRACUSA Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484855</p>

Web: www.asp.sr.it --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it --

AVVISO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI PIÙ EVENTUALI ALTRI DUE , DI APPARECCHIATURE PER LE UU.OO.DI PATOLOGIA CLINICA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA A.O. "CANNIZZARO" DI CATANIA.

In riferimento alla procedura aperta in oggetto e ai vari quesiti di ordine amministrativo posti da varie ditte interessate alla gara, di seguito si riportano le relative risposte :

Q: Lotto 3 : confermare che i test a bassa frequenza vengano eseguiti con cadenza bisettimanale

R: si conferma cadenza bisettimanale

Q: Lotto 3 : specificare quali fattori devono essere offerti per il PO Cannizzaro

R : nella dizione "200 altri fattori" si intende la fornitura di plasi carenti per fattori vari, fattori V, VII, IX, X, in quantità cumulativamente equamente suddivisa per singolo fattore .

Q: Lotto 3 : è possibile applicare il principio della equivalenza , ai sensi dell'art. 68 comma 2, per i reagenti per la determinazione dell'APTT, contenenti attivatori diversi dai fosfolipidi di sintesi , in grado di garantire le stesse performance analitiche e la migliore ergonomia per gli utilizzatori (reagenti pronti all'uso) ?

R: no, come da capitolato

Q : lotto 3 : è possibile proporre per le determinazioni della HIT un prodotto monotest manuale, ?

R: no , come da capitolato

Q: Lotto 11 bis : si chiede se i controlli di qualità esterni VEQ riguardano il completo sistema Autoimmunità infettivologia allergia , oppure sono riferiti al solo sistema completamente automatizzato

R. i controlli di qualità esterni devono esser riferiti almeno al sistema completamente automatico con caricamento continuo di sieri... etc. , in chemiluminescenza.

Q : Lotto 10 sub A: il requisito “matrice pronta all’uso con codice a barre” tale requisito si riferisce al codice a barre presente su ogni lotto, se si tratta di un refuso di stampa oppure se si intenda “piastra porta campioni (target) pronta all’uso con codice a barre ?

R: per “matrice pronta all’uso con codice a barre” si intende soluzione matrice pronta all’uso e piastra porta campioni con uso di codice a barra.

Q: i materiali per la calibrazione da offrire gratuitamente comprendono reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo?

R: L’unico criterio di aggiudicazione sarà quello del costo complessivo annuale offerto .

Q: si chiede di confermare che il costo complessivo annuale comprenda anche la manutenzione annuale full risk.

R: si conferma che il costo complessivo annuale offerto comprende anche la manutenzione full risk annuale.

Q: si chiede di confermare che il numero di test annuali richiesti per AST sia 11.000

R: si precisa che il numero è 110.000 .

Q: lotto 1 bis : si chiede di confermare che come indicato nei test obbligatori , tale test sia da considerarsi HGC/BHCG.

R: per il test HCG per le urgenze si conferma che debba essere considerato HCG/betaHCG .

Q: Lotto 1 bis : si chiede di chiarire cosa si intende per reagenti ausiliari

R: per reagenti ausiliari si intendono tutti i reagenti eventualmente necessari alla determinazione del menù indicato. Compreso per esempio soluzioni varie di diluizione, lavaggio ecc.

Q: lotto 14 : si chiede di specificare il numero esatti di test/anno per singolo patogeno.

R: si intendono 300 pazienti che facciano un pannello dei patogeni indicati tutti contemporaneamente, oppure i singoli patogeni menzionati.

Q : lotto 10 sub D : si chiede la possibilità di offrire la tecnologia aereospray

R: si ritiene equivalente la tecnologia aereospray.

Q: lotto 1 e lotto 1bis si chiede quanti livelli di controllo

R: 2 livelli di controllo al dì.

Q: lotto 1 bis : si chiede di specificare se la piattaforma analitica di utilizzo per tali determinazioni .

R: il materiale di controllo si intendono eseguiti su analizzatori automatici di immunoenzimatica aggiudicati.

Q: lotto 3 si chiede quanti livelli di controllo

R: 2 livelli di controllo al dì.

Q: coagulazione : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per il controllo interno per ogni singolo analita

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: controllo per APC Resistance: specificare la necessità di un siero di controllo negativo o omozigote o eterozigote...

R: controllo negativo eterozigote.

Q: ematologia : lotto 2 si chiede di specificare 2 livelli di controllo per seduta a settimana

R: 2 livelli di controllo al dì.

Q: lotto 2 si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per il controllo interno

R: : i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: ematologia : si chiede di specificare la piattaforma analitica di utilizzo

R: come da caratteristiche tecniche espresse in capitolato.

Q: urine : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo interno per singolo analita.

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: lotti 11 e 11 bis si chiede se per gli analiti indispensabili risulta tale il controllo interno

R: si.

Q: lotti 11 e 11 bis : si chiede di specificare se il controllo è per due livelli per seduta per settimana.

R: 2 livelli di controllo al dì.

Q: lotti 11 e 11 bis : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo interno per singolo analita.

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: lotto 8 si chiede di specificare se sia sufficiente la disponibilità di controllo in grado di coprire solo alcuni degli analiti indicati.

R: si.

Q: lotto 8 : si chiede di specificare se il controllo è per due livelli per seduta per settimana.

R: 2 livelli di controllo al dì.

Q: si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo interno per singolo analita.

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: lotto 6 : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo interno per HbA1c

R: verifica quotidiana del processo e i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: lotto 6 : specificare per quali analiti è necessario il controllo interno

R: il controllo interno è necessario per HbA2, HbF, Hb1Ac

Q: si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo interno.

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato.

Q: lotto 18 : si chiede di specificare come si procederà alla aggiudicazione in caso due o più ditte offrono controlli di qualità a copertura di un numero diverso di analiti.

R: l'aggiudicazione verrà effettuata al prezzo complessivo annuale più basso.

Q: lotto 1 : si chiede di specificare quanti test sono necessari .

R: proteine urinarie n. 1500, e CSF 100.

Q: lotto 1 : si chiede di considerare equivalente la conservazione dei reagenti a temperatura refrigerata/controllata .

R: si rileva di attenersi scrupolosamente al capitolato .

Q: lotto 2 : Richiesta di riformulazione del lotto

R: si conferma quanto richiesto nel capitolato

Lotto 1 : si precisa che il lotto è aperto a più ditte

Lotto 8: si precisa che non si possiedono tutti i reagenti richiesti si può partecipare in ATI.

Q: lotto 3 rif. 7 : si intende la possibilità di importare automaticamente tramite lettore barcode i lotti di reagente

R: si

Q: lotto 3 rif. 7 : si chiede di specificare se anche per i test di secondo livello occorre considerare la cadenza di una seduta analitica a settimana

R: si due sedute analitiche a settimana ad eccezione del TT per 20.000 test con cadenza analitica quotidiana.

SR 2/12/15

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO
AVV. GABRIELLA SALIBRA