

REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 8
Provincia di Siracusa

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI IN SERVICE PER
INDAGINI DI LABORATORIO, SUDDIVISA IN LOTTI CON CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.**

AVVISO

A SEGUITO DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI SU QUESITI TECNICI, SI PRECISA QUANTO SEGUE:

LOTTO 5 ELETTROFORESI :

1) PER PIATTO CAMPIONATORE SI DEVE INTENDERE QUELLA PARTE DELLO STRUMENTO O SISTEMA CHE ALLOGGIA I CAMPIONI RICONOSCIUTI POSITIVAMENTE A BORDO E DALLA QUALE PARTE, IN MANIERA ASSOLUTAMENTE AUTOMATICA, IL SIERO CONTENUTO NELLE PROVETTE VIENE ASPIRATO NELLA GIUSTA QUANTITA' PER ESSERE DISPENSATO AI FINI DELLA SUCCESSIVA MIGRAZIONE.

2) NON E' PREVISTA ALCUNA POSSIBILITA' DI INTERVENTO DELL'OPERATORE NEANCHE NELLA FASE PRECEDENTE ALLA DEPOSIZIONE .

3) LA VELOCITÀ ANALITICA CONSIDERATA AL PUNTO 4 DEI PUNTEGGI DI QUALITÀ SARÀ CALCOLATA COMPARANDO STRISCE DI GEL DI AGAROSIO CHE CONTENGANO UN UGUALE NUMERO DI MIGRAZIONI. PERTANTO, AL TEMPO PIÙ BREVE SARANNO ATTRIBUITI 10 PUNTI DI QUALITÀ MENTRE ALLE ALTRE DITTE SARÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PROPORZIONALMENTE INFERIORE.

4) PUNTEGGIO DI QUALITA' DI CUI AL PUNTO 5 . IL PUNTEGGIO MASSIMO VERRA' ATTRIBUITO AL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI STRISCE DIVERSIFICATE PER IL NUMERO DI MIGRAZIONI NELL'AMBITO DEL RANGE PREVISTO DALLE CARATTERISTICHE MINIME.

LOTTO 1 CHIMICA CLINICA:

1) SI PRECISA CHE PER "CARICAMENTO IN CONTINUO DEI REAGENTI" DEVE INTENDERSI ANCHE LA CONTESTUALE ED IMMEDIATA POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEGLI STESSI.

2) LA CARATTERISTICA RICHIESTA AL PUNTO 9 DEL CAPITOLATO TECNICO NON RISULTA SODDISFATTA SE LA MACCHINA PRINCIPALE ACCETTA L'INSERIMENTO DI UN REAGENTE ANCHE DURANTE IL CICLO DI ESECUZIONE E VIENE PREPARATA AL PRIMO STAND-BY .

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PATOLOGIA CLINICA
f.to Dott. Giuseppe Messina

IL RESPONSABILE U.O.C.
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
f.to Dott.ssa Maria Nigro