



Regione Siciliana

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA**

Cod. Fisc. E P. IVA 01661590891

**UOC PROVVEDITORATO**

Prot. n.2666

Siracusa, li 17/03/2015

Gara n. 5922921

Procedura aperta per la fornitura – suddivisa in n. 13 lotti – di attrezzature e apparecchiature sanitarie per il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di gestione integrata (AGI) dei distretti dell'ASP di Siracusa e per il servizio trasporto emergenze neonatali (STEN) e il servizio trasporto assistito materno (STAM) del P.O. Umberto I dell'ASP di Siracusa.

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INVIATE DALLE DITTE  
INTERESSATE**

**QUESITO:** In riferimento al Lotto n. 12 nelle caratteristiche generali, tutti i moduli 3D/4D vengono richiesti come “possibilità di implementazione futura”, ma nell'elenco sonde viene richiesta la “sonda phased Array elettronica Cardiologica Volumetrica 4D”. Si richiede di specificare se la sonda deve rientrare nelle caratteristiche minime.

**RISPOSTA:** La sonda phased Array elettronica Cardiologica Volumetrica 4 D dovrà essere fornita. Quest'ultima deve consentire di lavorare in tutte le modalità standard e ciò giustifica l'implementazione futura del software 3D/4D.

F.to Il Direttore UOC Provveditorato  
Avv. Gabriella Salibra