



Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

Cod. Fisc. E P. IVA 01661590891

UOC PROVVEDITORATO

Prot. n.2869

Siracusa, li 19/03/2015

Gara n. 5922921

Procedura aperta per la fornitura – suddivisa in n. 13 lotti – di attrezzature e apparecchiature sanitarie per il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di gestione integrata (AGI) dei distretti dell'ASP di Siracusa e per il servizio trasporto emergenze neonatali (STEN) e il servizio trasporto assistito materno (STAM) del P.O. Umberto I dell'ASP di Siracusa.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INVIATE DALLE DITTE INTERESSATE

QUESITO: Riferimento al Lotto n. 2 “carrelli di emergenza” - quali caratteristiche tecniche si richiedono per il defibrillatore a corredo del carrello.

RISPOSTA: Monitor/Defibrillatore Bifasico manuale e semiautomatico avente le seguenti caratteristiche minime:

- Leggero e compatto, di peso non superiore a 6 Kg.
- Possibilità di defibrillare in modalità manuale con livelli di energia non inferiori a superiore a 270 Joule bifasici.
- Possibilità di defibrillare in modalità semiautomatica utilizzando livelli crescenti di energia non inferiori a 270 Joule bifasici.
- Dotato di monitor a colori con possibilità di visualizzare due tracce contemporaneamente.
- Dotato di piastre rigide per pazienti adulti e pediatrici.
- Possibilità di funzionamento tramite rete fissa o tramite batteria interna ricaricabile.
- Dotato di carica batterie integrato nel defibrillatore.
- Dotato di Cavo ECG a tre fili per la visualizzazione delle Derivazioni I, II e III con possibilità di utilizzo di un cavo a 5 fili per la visualizzazione delle derivazioni I, II, III, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, non necessariamente in contemporanea.
- Dotato di placche monouso pregelate utilizzabili sia per la defibrillazione manuale che per quella semiautomatica
- Dotato di stampante termica da 50 mm.

- Dotato di sistema di protezione tramite password per interdire la modalità manuale di funzionamento
- Dotato di autotest giornaliero con stampa automatica
- Dotato di certificati CE e FDA

F.to Il Direttore UOC Provveditorato
Avv. Gabriella Salibra