

LOTTO 3

FACOEMULSIFICATORE DA DESTINARE AL P.O. DI LENTINI

Caratteristiche tecniche

- Pompa peristaltica e/o venturi o misto peristaltico/venturi con valori programmabili, limite di vuoto da 0 a oltre 650 mmHg
- Sistema ultrasonico sia longitudinale che torsionale e/o ellittico con risonanza da circa 30 Hz a circa 60 KHz
- Vitrectomia anteriore da 0 ad almeno 2500 tagli al minuto
- Possibilità di personalizzare tutti i parametri in base alla tecnica di ogni chirurgo presente nella struttura
- Sistema di coagulazione
- Pedale configurato per il trasferimento senza cavi
- Le cassette monouso del sistema devono essere di tipo chiuso, camera per liquido di infusione per l'emulazione di venting/reflusso e dotate di tubi a ridotto diametro
- Vasta gamma di punte per incisioni comprese nell'intervallo 1.8 e 2.75
- Ampio display a colori

Corredo minimo:

- N. 10 manipoli ultrasonici

Interventi annui stimati per 1500