

## QUANTITATIVI E CAPITOLATO SPECIALE

<b>LOTTO 1</b>		<b>QUANTITA' ANNUA</b>			
<b>FACOVITRECTOMO</b>					
Descrizione	CND	AVOLA	LENTINI	SIRACUSA	TOTALI
CUSTOM PACK 27G	Q020	50	20	50	<b>120</b>
CUSTOM PACK 25G		100	80	50	<b>230</b>
CUSTOM PACK 23G		100	80	200	<b>380</b>
CUSTOM PACK 20G		40	20	50	<b>110</b>
CUSTOM PACK PER FACO	Q020601	500	200	500	<b>1200</b>
SIRINGA INIEZIONE/ESTRUSIONE FLUIDI VISCOSI	Q020	50	40	50	<b>140</b>
VITRECTOMO ANTERIORE	Q020	50	50	50	<b>150</b>
SONDE LASER 27-25-23- 20 G RETTA o FLESSIBILE	Q020	20	50	20	<b>90</b>
CAVI DIATERMIA MONOUSO	Q020	20	20	20	<b>60</b>
PANNELLI DIATERMIA 20-23-25-27 G	Q020	20	20	20	<b>60</b>
PUNTE FACO/SLEEVE/CAMERA DI PROVA	Q020	50	25	50	<b>125</b>

<b>LOTTO 2</b>					
<b>FACOEMULSIFICATORE</b>		<b>QUANTITA' ANNUA</b>			
Descrizione	CND	SIRACUSA	AVOLA	TOTALI	
INTERVENTI STIMATI	Q0206	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>3000</b>	

<b>LOTTO 3</b>			
<b>FACOEMULSIFICATORE</b>		<b>QUANTITA' ANNUA</b>	
Descrizione	CND	LENTINI	TOTALE
INTERVENTI STIMATI	Q0206	<b>1500</b>	<b>1500</b>

### **CONSEGNA**

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi indicati da questa Azienda ASP nell'Ordinativo di fornitura entro giorni 30 dalla data del predetto Ordinativo.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a trasporto e installazione.

Dovranno essere forniti tutti i documenti tecnici necessari quali manuali di utilizzo e quant'altro necessario al corretto utilizzo delle apparecchiature.

I kit/prodotti/custom pack dovranno essere consegnati franco destinatario presso le strutture indicate nell'ordine di fornitura nelle quantità di volta in volta ordinate, entro cinque giorni lavorativi, salvo eventuali casi di urgenza da evadere con tempestività.

### **COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE FORNITURA**

L'accertamento di regolare fornitura consiste nella seguente esecuzione di una serie di controlli tecnico amministrativi :

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e , dei loro accessori, materiali di consumo, all'ordine di fornitura
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature
- verifica della presenza, per ogni dispositivo, della dichiarazione di conformità CE riferibile alla tipologia , marca , modello e numero matricola e/o numero di serie dell'apparecchiatura oggetto del controllo e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;
- verifica dell'avvenuta eventuale formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature,

L'effettuazione del collaudo di accettazione della fornitura sarà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica della ditta Tecnologie Sanitarie.

In caso di collaudo con esito negativo il Fornitore dovrà sostituire le apparecchiature che non hanno superato il collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a controllo.

L'accettazione delle forniture di materiale di consumo e monouso avverrà ad insindacabile giudizio di questa Azienda che si riserva il controllo quantitativo e qualitativo delle stesse. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro tre giorni lavorativi dalla richiesta dei kit che presentato difetti o anomalie. Le richieste di sostituzioni saranno effettuate a mezzo fax e/o email.

### **ASSISTENZA TECNICA**

Il Fornitore dovrà garantire l'assistenza manutentiva (ordinaria e straordinaria) full risk delle apparecchiature fornite.

L'assistenza tecnica in caso di guasto dovrà essere garantita entro le otto ore lavorative (sabato incluso e considerato tutte le settimane dell'anno) . In caso di guasto irreparabile ovvero di guasto irrisolto con fermo macchina oltre le otto ore successive all'intervento, il Fornitore dovrà fornire un'altra apparecchiatura di uguale funzione in sostituzione di quella irreparabile ovvero fino alla risoluzione positiva del guasto. Le segnalazioni di guasto con richiesta di intervento saranno effettuate a mezzo fax e/o email.