



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa 0931 484111 fax 0931 484380

Web : www.asp.siracusa.it

U.O.C. PROVVEDITORATO

Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. – 96100 Siracusa tel 0931 484238- fax 0931/ 484855

PROT. N. 4059

DATA 08 MAG. 2017

OGGETTO: Gara con procedura aperta per la fornitura di presidi specialistici per Oculistica alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del bacino orientale della Sicilia (ex lotti non aggiudicati).

CHIARIMENTI TECNICI

1) lotto 50

- 1) in relazione al principio di infungibilità e di equivalenza le misure della IOL non sono vincolanti ma uno scarto +/- del 10% è possibile, quindi le misure richieste rientrano nel range accettato;
- 2) se la IOL è precariato è un elemento migliorativo quindi accettato;
- 3) non è previsto alcun punteggio migliorativo nel giudizio.

2) Voce 7.1 la percentuale 1% è un refuso di stampa, quindi intendersi " soluzione sterile allo 0.1%";

3) Voce 7.2 per il principio dell'infungibilità ed equivalenza il prodotto che contiene i componenti base richiesti più altri migliorativi è ammesso alla gara a pieno titolo senza possibilità di esclusione.

4) Lotto 43: per il principio di infungibilità ed equivalenza è ammessa alla gara anche un prodotto di origine biofermentativa.

5) Quantità Della Campionatura: la quantità da inviare per ogni singolo lotto è un pezzo per ogni articolo richiesto nei lotti ove è specificata la richiesta di campionatura.

6) Lotto 7.1 - Il Blu Trypan è per il segmento anteriore e la campionatura deve essere un pezzo per ogni articolo richiesto dove è specificato con campionatura.

7) Lotti 12.1 e 12.2: i prodotti devono essere anallergici ed il materiale può essere indifferentemente in garza e cotone o TNT.

Il Direttore UOC Provveditorato
F.to Avv. Gabriella Salibra