



REGIONE SICILIANA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA**

Cod.Fisc. e P.IVA: **01661590891**
Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa 0931 484111 fax 0931 484380
Web : www.asp.siracusa.it

PROT. N.1406 DEL 13 FEB 2015

GARA CENTRALIZZATA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRESID
SPECIALISTICI PER OCULISTICA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL BACINO
ORIENTALE DELLA SICILIA.

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INVIATE DALLE DITTE
INTERESSATE.**

Q: *Lotto 1 con richiesta di campionatura: si prega di specificare la quantità richiesta.*

R: **lotto 1 – la campionatura va presentata nella quantità di n.1 pz per voce.**

Q: *Lotto 1 Voce 1.1. : “telino monouso TNT impermeabile cm.140x240: si chiede conferma se il telo presentato debba essere in TNT impermeabile (in tal caso specificare se due o tre strati)...”; “...si chiede conferma che il telo copertura totale debba essere dotato di una sola tasca raccolta ...e se la tasca deve essere posizionata a destra o a sinistra del foro.”*

R: **Lotto 1 Voce 1.1 – il telo deve essere in TNT idrorepellente sms, come si usa in oculistica, con due tasche raccogli liquidi dx e sn.**

Q: *Lotto 1 Voce 1.2 – “ telino monouso TNT impermeabile cm.75x100: si chiede conferma che il telo presentato debba essere in TNT impermeabile...”*

R:**Lotto 1 Voce 1.2 il telo deve essere in TNT idrorepellente SMS.**

Q: *lotto 2 – “ si chiede conferma sulla correttezza delle basi d'asta indicate per le singole voci, poichè esaminando la componentistica indicata per i custom pack in sede di documentazione di gara, le basi d'asta non sembrano congrue.”*

R: **lotto 2 - le basi d'asta sono confermate.**

Q: *lotto 9 - EDTA in confezione sterile monouso, non vengono specificati la concentrazione, il volume e il confezionamento.*

R: **lotto 9: il confezionamento deve essere monouso sterile, il volume e la concentrazione non sono vincolanti.**

Q: *lotto 22 - “da quante lenti deve essere composto il set di lenti per vitrectomia risterilizzabile?”*

R: **lotto 22 – le lenti del set devono essere 6 (sei).**

Q: *lotto 24 – Voce 24.3 “ viene richiesta una lente prismatica 20° monouso, a ns. conoscenza non esiste sul mercato una lente prismatica 20° monouso, ma risterilizzabile, ovviamente ad un costo molto più alto di quello a base d'asta. Come ci dobbiamo comportare?”*

R: lotto 24 – Voce 24.3 - la lente da 20 monouso deve essere tale.

Q: lotto 43 – Voce 43.6 (Pinza di Apte), 43.9 (pinza con pic ibn) e 43.14 (pinza con anelli removal), sono di produzione di una sola ditta, possono essere offerte altre pinze al fine di mantenere le medesime caratteristiche tecniche e funzionali?

R: lotto 43 – Voce 43.6 (Pinza di Apte), 43.9 (pinza con pic ibn) e 43.14 (pinza con anelli removal) :

E' possibile offrire prodotti “equivalenti”.

Q: lotto 43 - Sono richiesti doppioni delle seguenti voci: 43.2 e 43.8, 43.3 e 43.10, 43.5 e 43.15. Pur essendo uguali le descrizioni sono state inserite due differenti basi d'asta €180 e € 50...”

R: Le Aziende possono partecipare con il materiale in proprio possesso al lotto più confacente.

Q: lotto 43 – Voce 43.15 – “si richiede la campionatura: si intende l'invio di una pinza per ogni Gauge (20-23-25- 27) la campionatura deve essere una pinza per ogni Gauge?”

R: la campionatura si riferisce ad una sola pinza per ogni calibro.

Q: lotti 89 e 102: “Si chiede di confermare se per i lotti n.89 e n.102 possono essere accettate indifferentemente lenti intraoculari “bianche” o “ gialle”, dal momento che non viene specificato.”

R: Le lenti richieste per i lotti 89 e 102 devono essere bianche.

Q: lotto 101 - “lenti intraoculari,... “non è chiaro in che materiale devono essere prodotte e se l'iniettore debba essere monouso o pluriuso.”

R: lotto 101 – la lente deve rispondere alle caratteristiche indicate nel lotto stesso, indipendentemente dal materiale e dalla tipologia dell'iniettore, che comunque deve essere in dotazione ad ogni singola lente.”

Q: Lotto 107 -- voce 107.35 e voce 107.36 “Si fa riferimento ad un fabbisogno di 2 pezzi/cadauno (ref. 192620, 192623).Vi informiamo che tali articoli sono forniti in conf. Da 5 pezzi e non vendibili separatamente. E' possibile quotare una confezione nella relativa offerta economica?”

R: Lotto 107 -- voce 107.35 e voce 107.36 - E' ammissibile l'offerta riferita ad una confezione da 5 pz.”

Q: “chiediamo se la campionatura deve essere sterile o meno”.

R: La campionatura deve essere STERILE per eventuale prova in Sala operatoria.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO

AVV. GABRIELLA SALIBRA

firmato