

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Provincia di Siracusa

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN N. 35 LOTTI DI ATTREZZATURE
SANITARIE E ARREDI PER IL NUOVO OSPEDALE DI LENTINI**

AVVISO

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute si specifica quanto segue:

a) Apparecchiatura di cui alle posizioni 7.9 e 23.23

Si precisa che i lotti sono stati composti o per omogeneità di attrezzature o per unicità di utilizzatore finale. In ogni caso si ritiene che la “cappa chimica da laboratorio (Pos. 23.23)” e il “coloratore di vetrini (Pos. 7.9)” abbiano poca attinenza con il lotto 24 dove figura solo il tavolo autoptico (Pos. 24.1).

b) Apparecchiature di cui al Lotto 11

Si ritiene inutile dividere ulteriormente i lotti in quanto gran parte delle aziende presenti sul mercato specifico di tale tipologia di attrezzature hanno nel loro listino detti prodotti.

c) Apparecchiature di cui al lotto 3) Pos. 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6.

Tutte le sopra indicate attrezzature devono essere dotato di “stimolatore tran toracico integrato”

d) Apparecchiature di cui al Lotto 19

La norma citata dalla Ditta indica che “la piattaforma di sostegno del materasso, nella sua posizione piatta DOVREBBE avere una gamma di regolazione che permette il posizionamento tra 400 mm e 800 m”. Si intuisce che tali valori non sono prescrittivi ma orientativi e, in ogni caso il limite inferiore di 42 mm indicato in capitolato non limita la partecipazione delle ditte interessate alla fornitura.

e) Apparecchiature di cui al Lotto 23

Si ritiene che il marchio TÜV sia equivalente al marchio di qualità GS e che le normative “BS7258 - DIN12924 T1 e XP X15-203 sono equivalenti alla normativa italiana EN 14175.

f) Apparecchiature di cui al lotto 4 per le quali è previsto il contenitore per smaltimento rifiuti.

In riferimento alle apparecchiature del lotto 4 per le quali è previsto il contenitore di smaltimento dei rifiuti si specifica che il capitolato si riferisce al dispositivo che regge i contenitori per rifiuti speciali. La forma e le dimensioni dei contenitori da inserire nel dispositivo saranno specificati all’atto della fornitura dei carrelli secondo il modello al momento utilizzato.

g) Apparecchiature di cui al Lotto 28

La portata di progetto dei solai del reparto di Radiologia è pari a 1.000 kg/mq

h) Apparecchiature di cui al lotto 21 pos. 8

a rettifica dell’avviso precedente di seguito riportato :“**Apparecchiatura di cui alla Pos. 21.6.**

Con la dicitura CENTRALE “ si indica soltanto l'utilizzo che si farà della stessa ma le caratteristiche restano comunque quelle indicate nella Pos.. 21.1” si specifica che il rif.to 21.6 è un refuso e il rif.to corretto è pos. 21.8

i) Apparecchiatura di cui alle posizioni 19.1 e 19.7

Si precisa che i letti di cui alla posizione 19.1 devono essere completi di n. 5 balcaniche semplici completi di:

- a. N. 2 kit di trazione per la sospensione dell'arto inferiore;
- b. N. 2 kit di sospensione dell'arto superiore;
- c. N. 1 kit per la sospensione pelvica;
- d. N. 1 kit per la trazione cervicale.

Si precisa invece che per i sei letti di cui alla posizione 19.7 non è prevista alcun tipo di kit.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Maria Nigro