

U.O.C. PROVVEDITORATO

Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. – 96100 Siracusa tel 0931 484238- fax 0931/ 484855
e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it

PROT. N. 1423

SIRACUSA_10 febbraio 2014_

OGGETTO: Gara di bacino Sicilia orientale per la fornitura presidi specialistici per oculistica.
Precisazioni e Chiarimenti.

AVVISO N°3

A seguito di richieste di chiarimenti e quesiti vari pervenuti a questa ASP di Siracusa, in relazione alla gara in oggetto si comunica quanto segue.

Chiarimenti ai quesiti di carattere amministrativo

- 1) Si precisa che la numerazione dei lotti è quella indicata nel file CS-ALLEGATO1.xls.
- 2) Si conferma che dovranno essere presentate tante buste B) (offerta tecnica) e altrettante buste C) (offerta economica) quanti sono i lotti di partecipazione.
- 3) Per la presentazione della domanda di partecipazione e della/e offerta/e non sono stati predisposti modelli.
- 4) Relativamente alla dichiarazione di "*insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs n.163/2006*", la stessa può essere resa dal legale rappresentante per conto dei soggetti procuratori.
- 5) come previsto dal Disciplinare di Gara – ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n.163/2006 e s. m. ed i.- è richiesta la presentazione di almeno due referenze bancarie .
- 6) La presentazione del PASSOE è a pena di esclusione.
- 7) le forniture analoghe eseguite (elenco enti ti destinatari, importi date) e il fatturato specifico (importo complessivo) richiesti si riferiscono al triennio 2010-2011-2012 devono risultare da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Chiarimenti ai quesiti di carattere tecnico

Quesito 1 : per i lotti da **133 a 137** e **da 158 a 161** per i quali sono richieste misure diverse, si può partecipare solo se si possono offrire tutte le misure?

Risposta : è possibile partecipare purché non si offra al massimo una sola misura.

Quesito 2 : nel caso i prezzi siano diversi, a seconda delle misure, per prodotti di uno stesso lotto, come

formulare l'offerta?

Risposta: per ogni singola misura deve essere indicato il prezzo. Ai fini della aggiudicazione si deve indicare come prezzo unitario offerto la media aritmetica dei singoli prezzi.

Quesito 3: per il lotto **47** base d'asta ritenuta non congrua.

Risposta: Si conferma la base d'asta.

Quesito 4 : per il lotto **90** base d'asta ritenuta non congrua.

Risposta: Si conferma la base d'asta.

Quesito 5 : per i lotti da **133 a 136** base d'asta ritenuta non congrua

Risposta: Si conferma la base d'asta.

Quesito 6 : nel lotto **134** viene richiesta la pinza Eckard, ma viene anche richiesta una caratteristica "a coccodrillo" già richiesta al lotto 133.

Risposta: nel lotto **134** la dicitura " con ganasce seghettata a coccodrillo" trattasi di refuso di stampa e pertanto non deve essere considerata

Quesito 7: i lotti nn. **137 e 148** hanno le medesime descrizioni ma basi d'asta diverse.

Risposta: per un refuso di stampa nel lotto 148 la base d'asta è erroneamente indicata in € 40,00. Correttamente è da intendersi € 30,00.

Quesito 8: per il lotto **147** base d'asta ritenuta non congrua

Risposta: si conferma la base d'asta.

Quesito 9: le basi d'asta dei lotti da **181 a 205** si ritengono non congrue

Risposta : si confermano le basi d'asta

Quesito 10: nei lotti **225 e 226** sono richiesti bisturi dotati di sistemi di sicurezza con caratteristiche diverse. Le basi d'asta non si riferiscono a bisturi senza queste caratteristiche?

Trattandosi di bisturi diversi non è possibile rivedere le basi d'asta in base alle caratteristiche? In caso negativo come vanno indicati in offerta economica i codici diversi con i relativi prezzi.?

Risposta: si conferma quanto richiesto. L'offerta economica deve indicare come prezzo unitario offerto per il lotto la media aritmetica dei singoli prezzi, ai soli fini dell'aggiudicazione. Dovranno altresì essere indicati i prezzi relativi ai singoli codici prodotto.

Quesito 11: per il lotto **230** si confermano tutti i diametri indicati?

Risposta: si confermano

Quesito 12 : per il lotto **233** si conferma la base d'asta?

Risposta : si conferma la base d'asta.

Quesito 13: si ritiene che le basi d'asta dei lotti nn. **37,78,79,89,92, 93, 94, 101, 102, 105, 118, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,133, 134, 135, 136, 137, 138, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 209, 212, 216, 217,** non siano congrue

Risposta: si confermano le basi d'asta.

Quesito 14 : si chiede se la campionatura deve comprendere tutte le misure dei prodotti richiesti.

Risposta: per ogni lotto è sufficiente presentare la campionatura di una sola misura e precisamente: lotto **179** : bisturi precalibrati da 2.4

lotto **225** : microbisturi da 30°

lotto **230** : lancetta sclerale 20GA

lotto **233** : microbisturi precalibrato da 2.4 l

lotto **234**: microbisturi da 4.1

lotto **236** : microbisturi da 2.4

Inoltre:

La **campionatura** deve essere presentata soltanto per la partecipazione ai lotti ove espressamente richiesto.

La campionatura deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale in Corso Gelone 17 96100 Siracusa, entro la data e l'orario fissati per la scadenza della gara. In caso di partecipazione più di un lotto con campionatura, quest'ultima potrà essere inviata in un unico plico, purché sia individuabile in maniera inequivocabile il lotto di riferimento.

Ulteriori Precisazioni:

lotto **209**: la dizione “circa” include anche quantitativi vicini ai 6ml, cioè sia il 5ml sia il 7ml;

lotto **329** - per un refuso di stampa è stata indicata la percentuale del 5% di ialuronato di sodio, anziché quella dell' 1,5%.

Per quanto riguarda i prodotti classificati "*farmaci*" si provvederà ad effettuare una apposita rettifica degli atti di gara.

Per cui, a motivo delle correzioni, anche di natura sostanziale, che si dovranno effettuare agli atti di gara,

SI INFORMA

CHE LA PRESENTE GARA VIENE TEMPORANEMENTE SOSPESA, IN ATTESA DI RIAPERTURA DEI TERMINI, DI CUI VERRA' DATA COMUNICAZIONE MEDIANTE APPOSITO BANDO.

firmato

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
DR. ANTONIO FALCIGLIA

firmato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. MARIO ZAPPÀ