



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA

Cod.Fisc. e P.IVA: **01661590891**

U. O. C. Provveditorato

Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. - 96100 SIRACUSA tel.0931484238 Fax: **0931/484855**

e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it

PROT. N°4456_

SIRACUSA, li_3/04/2012_

OGGETTO: Gara a Procedura Aperta per la fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva da utilizzare nei PP.OO. di Avola-Noto, Lentini e Siracusa. AVVISO DI CHIARIMENTI.

ALLE DITTE INTERESSATE

A seguito della richiesta di chiarimenti, riguardanti la gara in oggetto, è stato rilevato che per mero refuso nel capitolato tecnico è indicato “diametro dei canali operativi non inferiore a 3.5 mm”. Si deve intendere invece “diametro del canale operativo non inferiore a 3.5 mm.

Il Dirigente Amministrativo U.O.S.
Acquisizione Beni e Servizi
(*D.ssa Gabriella Salibra*)

FIRMATO



REGIONE SICILIANA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA**

Cod.Fisc. e P.IVA: **01661590891**

U. O. C. Provveditorato

Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. - 96100 SIRACUSA tel.0931484238 Fax: **0931/484855**

e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it

PROT. N° _____

SIRACUSA, li _____

OGGETTO: Gara a Procedura Aperta per la fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva da utilizzare nei PP.OO. di Avola-Noto, Lentini e Siracusa.

SPETT/LE
TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A
Servizio Ingegneria Clinica
c/o ASP SR – Area ex ONP
Traversa La Pizzuta, 13
SIRACUSA

Fax n.0931 48 42 00

All'Att.ne dell'Ing. R. Abbate

Al fine di riscontrare la nota in allegato, inviata dalla società Sud Market e riferita alla gara in oggetto, si chiede di far pervenire i chiarimenti richiesti.

Il Dirigente Amministrativo U.O.S.
Acquisizione Beni e Servizi
(*D.ssa Gabriella Salibra*)