



**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
di SIRACUSA**

Cod.Fisc. e P.IVA: **01661590891**
Corso Gelone, 17 - Siracusa

**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
AREA ACQUISTO BENI**

E-mail : provveditorato@ospedaleumbertoprimo.it
Via S.Sebastiano, 27 ó 96100 Siracusa
tel 0931 724674/724686 fax 0931/445094

OGGETTO: Gara centralizzata a procedura aperta per la fornitura e l'installazione óchiavi in mano di TAC, Angiografi, Mammografi e Sistema per locomozione robotizzata per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.

**Richiesta di chiarimenti
LOTTO N.6 ó MAMMOGRAFI DIGITALI**

Domanda n.7

In data 20/9/2010 la Ditta X richiede i seguenti chiarimenti:

- a pag.40 del Capitolato Tecnico viene richiesto che l'unità produca immagini di dimensioni il più ridotte possibile, in relazione alle dimensioni del detettore. A parere della ditta tale richiesta contraddice la pretesa di un'unità con elevate prestazioni e si pone in antitesi con gli sviluppi tecnologici che privilegiano un alto potere di risoluzione, discriminando la partecipazione alla gara da parte di sistemi ad elevato contenuto tecnologico

Risposta

- la caratteristica delle óimmagini di dimensioni più ridotte possibileó consente a qualsiasi ditta di caratterizzare i propri sistemi in funzione della tecnologia adottata. Non è altresì in antitesi con alcuna nuova tecnologia, né con nuovi strumenti di accuratezza diagnostica, in quanto ciò sarà oggetto di valutazione di Commissione. Esso esprime in generale il fattore relativo alla gestione del dato immagine nel workflow del processo (acquisizione, elaborazione ed archiviazione) e non pregiudica alcuna partecipazione alle ditte, in quanto non esprime un valore di minima

Domanda n.8

In data 21/9/2010 la Ditta Y richiede i seguenti chiarimenti:

- a pag.40 del Capitolato tecnico viene richiesto che l'unità sia caratterizzata da tecnologia a TFT. Tale tecnologia rappresenta una sola delle alternative tecnologiche presenti sul mercato. A parere della ditta tale richiesta comporta un'indebita esclusione dalla gara di sistemi tecnologicamente avanzati e rappresentativi.

Risposta

- è stata riportata la denominazione Tecnologia TFT in quanto è la tecnologia costruttiva più largamente usata dalla stragrande maggioranza delle case di produzione di Flat Panel e diffusamente utilizzata. Questo non impedisce la possibilità di offerta di nuove tecnologie

differenti di flat panel che saranno comunque valutate dalla Commissione, se in armonia con il principio legislativo dell'equivalenza.

Domanda n.9

In data 22/9/2010 la Ditta Z richiede la conferma della richiesta di cui al punto 4.5 a pag.44 del Capitolato tecnico relativamente alle curve MTF e DQE.

Risposta

- si conferma la richiesta di cui al punto di cui sopra inerente alle curve MTF e DQE, qualora applicabile alla tecnologia costruttiva offerta.

**IL RESPONSABILE U.O.C.
ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI
AREA ACQUISTO BENI
(Dott. Eugenio Bonanno)**

AC/