

Prot. 241/ 12

**Al Direttore della U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott.ssa Salibra**

Siracusa, 12/12/2012

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CLINICA- Richiesta chiarimenti.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta alla Scrivente dall'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, dopo il confronto con il Personale Sanitario dell'U.O.C. coinvolta, siamo a comunicare quanto segue.

- 1) La presenza del modulo di monitoraggio della CO2 è necessario almeno su due monitor; inoltre considerando che i monitor sono modulari va da sé l'intercambiabilità "plug e play"; ciò nonostante, qualora risulti motivo di esclusione per una qualsiasi ditta, la caratteristica è da considerarsi migliorativa e verrà valutata in sede di prova pratica.
- 2) Il Respiro nella telemetria, se considerato motivo di esclusione per qualche azienda, è da ritenersi non un requisito di minima, bensì un requisito migliorativo;
- 3) Il cavo 5/6 elettrodi è considerata una caratteristica di minima e non va ad inficiare la partecipazione delle ditte che offrono cavi a con elettrodi di numero maggiore, che invece risultano avvantaggiati in quanto da ritenersi caratteristica migliorativa;
- 4) Per quanto riguarda l'inserimento nella griglia di qualità la precisione di algoritmi migliorativi, non credo la ditta [REDACTED] né nessun'altra ditta possa avanzare tale richiesta, poiché ritenuta una competenza di chi redige il capitolato e non competenza delle ditte partecipanti, che possono fare appello solo ed esclusivamente qualora non potessero partecipare alla gara per la presenza di parametri che evidenziano un'esclusività;
- 5) Il capitolato non prevede alcun punto di esclusività, per cui è garantita la partecipazione almeno a due aziende, ed anche più.

Va ricordato inoltre che nella valutazione di qualità sono previsti 10 punti per la prova pratica, per cui qualsiasi elemento ritenuto migliorativo è oggetto di valutazione in quella sede.


Ad attestazione di quanto affermato si allega parere clinico del Personale Sanitario coinvolto (-
All.1-)

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale possa necessitarVi , si porgono

Cordiali saluti

**Il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia UTIC
P.O. Umberto I**

Dot. Marco Contarini


A.S.P. di SPACISA P.O. UMBERTO I
Dot. M. Contarini
DIRETTORE U.O.C. DI EMODINAMICA
ED INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE
Cod. Enpam: 300135559S
N° Iscrizione Ordine Medici SR 2789

Per Tecnologie Sanitarie


Ing. Francesca Lucia Abissi

Tecnologie Sanitarie S.p.A.
Via Laurentina, 456/458
00144 Roma
P.I. 06915071002