

	REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891
	Unità Operativa Complessa Provveditorato Via La Pizzuta - 96100 SIRACUSA Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484855

Web: www.asp.sr.it --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it --

AVVISO

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI, PIU' EVENTUALI ALTRI DUE, DI APPARECCHIATURE FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI

In riferimento alla procedura aperta in oggetto e ai quesiti pervenuti, si specifica quanto segue :

Q : si chiedono precisazioni e chiarimenti circa le modalità di valutazione delle caratteristiche tecniche delle macchine offerte ;

R: le caratteristiche tecniche saranno valutate sulla base della documentazione tecnica prodotta dall'operatore economico partecipante. Nel caso sarà ritenuto opportuno, sarà espressamente chiesto all'operatore economico partecipante di produrre della campionatura o l'effettuazione di una prova pratica.

Q: l'offerta economica dovrà essere redatta secondo il mod. A.2 , che non risulta allegato tra i documenti di gara?

R : La dicitura "in base al mod. A2" trattasi di refuso di stampa. L'offerta economica dovrà essere formulata secondo la tabella indicata all'art. 13 - Offerta Economica del Disciplinare .

Q: Il Certificato camerale e la comunicazione del c/c corrente dedicato devono essere presentati già in sede di partecipazione alla gara?

R: Il Certificato camerale e la comunicazione del c/c corrente dedicato devono essere presentati in caso di aggiudicazione .

Q: Il DUVRI dovrà essere compilato ?

R: No. Deve essere controfirmato .

Q: si chiede di confermare l'importo a base d'asta annuale del lotto 3?

R : l'importo annuale a base d'asta per il lotto n. 3 è di € 97.500,00.

Q: la cauzione provvisoria deve essere calcolata sull'importo a base d'asta moltiplicato per i tre anni contrattuali?

R: Si.

Q: la base d'asta per il lotto 1 di € 651.860,00 è annuale ?

R. Si

Q: Il dato riferito al fatturato globale e specifico si riferisce agli anni 2013, 2014 e 2015? L'elenco delle forniture si riferisce agli anni 2014, 2015 e 2016?

R: Si

Q: Si chiede se il disciplinare di gara e relativi allegati, il DUVRI, il capitolato , il bando di gara e il modello di autocertificazione devono essere tutti controfirmati e inseriti nella documentazione amministrativa?

R: Si

Q: nella documentazione amministrativa si chiede la compilazione dell'istanza di partecipazione secondo il Mod. 1 e successivamente una dichiarazione redatta sulla schema 1 , si tratta di refuso?

R: Si è un refuso. Schema 1 è da intendersi Mod.1

Q : la scadenza del 10/3/2017 si riferisce alla richiesta di altri documenti di gara?

R: la data del 10/3/17 si riferisce al termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.

Q: nell'offerta economica si devono indicare i prezzi unitari del materiale di consumo?

R : Si.

Q: lotto 3 : si chiede se le punte per incisione sono monouso o pluriuso

R: sono monouso

Q: si chiede conferma dei termini di 30 gg. per la consegna delle apparecchiature .

R: all'art. 21 del Disciplinare di gara per un refuso di stampa è indicato erroneamente il termine di 15 giorni . il termine corretto è di 30 giorni . I tempi di consegna esatti sono indicati al paragrafo "Consegne" del Capitolato speciale.

Q: lotto 1 : 12 manipoli per faco e 12 coppie manipolisono per ogni macchina? Quindi un totale di 36 manipoli?

R: si sono 36

Q: lotto 2 se per "n. 2 manipoli per inserimento automatizzato lenti intraoculari" si intende gli iniettori in metallo per inserimento lenti e per "kit monouso secondo discrezione del PO con scelta da parte dell'utilizzatore" si chiede di precisare la tipologia.

R: l'iniettore non si riferisce ad un comune iniettore di metallo a vite, ma di un iniettore universale di lenti motorizzato e gestito dalla macchina.

SR, 15-3-17

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO
(AVV. GABRIELLA SALIBRA)

