



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Via La Pizzuta - 96100 SIRACUSA Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484855

Web: www.asp.sr.it --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it --

AVVISO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI PIÙ EVENTUALI ALTRI DUE , DI APPARECCHIATURE PER LE UU.OO.DI PATOLOGIA CLINICA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA A.O. "CANNIZZARO" DI CATANIA.

In riferimento alla procedura aperta in oggetto e ai vari **quesiti di ordine amministrativo e tecnico** posti da varie ditte interessate alla gara, di seguito si riportano le relative risposte :

Q : E' consentito l'affidamento del subappalto a soggetto che in qualunque forma abbia partecipato all'appalto per differenti lotti?

R: Si, è consentito.

Q : Lotto 10 sub A: il requisito "matrice pronta all'uso con codice a barre" tale requisito si riferisce al codice a barre presente su ogni lotto, se si tratta di un refuso di stampa oppure se si intenda "piastra porta campioni (target) pronta all'uso con codice a barre ?

R: il paragrafo indicato non è un refuso in quanto i test indicati sono effettivamente richiesti.

Q : Lotto 2 : si chiede di precisare se l'ulteriore unità richiesta per il P.O. di Siracusa deve essere intesa come singolo modulo analitico (strumento) oppure come sistema ematologico identico a quelli offerti per la routine ?

R: l'ulteriore unità richiesta per il P.O. di Siracusa deve essere intesa come singolo modulo analitico indipendente , ma con le stesse caratteristiche del sistema di routine , ognuno delle unità deve comunque poter refertare tutti i parametri richiesti.

Q : Lotto 1 bis : si chiede se la caratteristica riportata al primo rigo "separati da quelli da chimica" sia invece da intendere come "separati tra loro" ed ogni singolo analizzatore sia connesso singolarmente al sistema di automazione?

R: nella dizione "analizzatori di chimica clinica e immunoenzimatica separati da quelli di chimica" si intende che i singoli analizzatori , due di chimica clinica e due di immunoenzimatica, devono essere connessi separatamente tra loro e singolarmente alla catena analitica richiesta.

Q: Lotto 1 bis : si chiede se la caratteristica "due strumenti uguali di chimica clinica .." sia da intendersi esclusivamente come utilizzo degli stessi reagenti e consumabili ma consenta di fornire anche strumenti di diversa potenzialità?

R: nella dizione "due strumenti uguali di chimica clinica .." si intendono , come specificato nello stesso lotto, strumenti con uguali reagenti e consumabili , anche se di potenzialità diversa.

Q: lotto 1 bis : si chiede di specificare il numero di sedute analitiche settimanali per i test richiesti con numero inferiore a 300 test/anno?

R: nella specifica richiesta di fornitura per numero inferiore a 300 test annui di alcuni analiti bisogna fare riferimento ad almeno una seduta analitica a settimana.

Q: Lotto 1 bis : si chiede se il parametro richiesto al n. 124 "B2macroglobulina" sia tale oppure se si tratti dell'Alfa2 macroglobulina?

R: nella dizione "betaduemacroglobulina" in correzione "alfaduemacroglobulina".

Q. Lotto 11 bis : si desidera un profilo IgG e/o IgM? Se si richiedo entrambi, la richiesta si intende per 15 test/anno di IgG e 15 test/anno di IgM o per 30 test/anno dell'uno e 30 test/anno dell'altro?

R: il profilo richiesto per gangliosidi è tutto per classe anticorpale IgM.

Q: Lotto 11 bis : l'analita "profilo vasculiti" è richiesto due volte , la seconda è un refuso?

R: è un refuso per la seconda richiesta.

Q : lotto 11 bis : analita "helicobacter CagA IgG e IgA. Si intendono 180 test/anno IgA e 180 test/anno IgG oppure 90 test/anno dell'uno e 90 test/anno dell'altro?

R: si intendono 180 test/annui per ognuna classe anticorpale.

SR 18.11.15

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO
(AVV. GABRIELLA SALIBRA)

