



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Via La Pizzuta - 96100 SIRACUSA Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484855

Web: www.asp.sr.it --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it --

AVVISO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI PIÙ EVENTUALI ALTRI DUE , DI APPARECCHIATURE PER LE UU.OO.DI PATOLOGIA CLINICA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA A.O. "CANNIZZARO" DI CATANIA.

Preliminamente si avvisano tutte le ditte che hanno già inviato il plico dell'offerta che, poiché è stata spostata la data di scadenza della presentazione delle offerte al giorno 11/2/16, le cauzioni provvisorie dovranno essere integrate temporalmente alla nuova data.

Pertanto le ditte dovranno inviare, entro il nuovo termine, un plico chiuso e sigillato contenente la dicitura : "GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI PIÙ EVENTUALI ALTRI DUE , DI APPARECCHIATURE PER LE UU.OO.DI PATOLOGIA CLINICA IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA A.O. "CANNIZZARO" DI CATANIA. – INTEGRAZIONE CAUZIONE" , all'indirizzo : Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Corso Gelone n. 17 – 96110 Siracusa . E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 presso l'ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante, sito in Corso Gelone, 17 Siracusa.

In riferimento alla procedura aperta in oggetto e ai vari quesiti di ordine tecnico posti da varie ditte interessate alla gara, di seguito si riportano le relative risposte :

Lotto 2

Q: nel caso di strumento che abbia una linearità di conteggio di WBC sino a 500x130ul, PLT sino a 5000x103ul, RBC sino a 8x103ul, abbia una equivalenza funzionale rispetto a quanto richiesto;

R: le caratteristiche del capitolo si intendono quelle già espresse e pertanto poiché più ditte rispondono alle caratteristiche richieste , non viene accettato il principio di equivalenza funzionale.

Q: si chiede se uno strumento che aspiri 200 mcl in automatico, 150 mcl in manuale e 40 mcl in prediluizione , possa avere l'equivalenza funzionale rispetto a quanto richiesto

R: per quanto riguarda il volume minimo di campione aspirato , si fa rilevare che, nell'aspirazione del campione un volume inferiore garantisce l'esecuzione ottimale del test anche in relazione al volume morto nella provetta primaria potendo così gestire anche campioni con scarsa quantità di sangue

Q: possibilità di eseguire l'esame dei liquidi biologici diversi dal sangue con programma dedicatoe certificazione FDA;

R: per ciò che riguarda la richiesta di certificazione FDA , quest'ultima da maggiori garanzie poiché i processi di valutazione ed i protocolli sono più appropriati

Lotto 1bis

Q: si chiede se sarà ritenuta valida l'offerta economica che preveda calibratori, controlli e materiale di consumo, nonché i reattivi per calibrazioni e controlli offerti gratuitamente

R: Sarà ritenuta valida l'offerta economica che preveda calibratori, controlli e materiale di consumo, nonché i reattivi per calibrazioni e controlli offerti gratuitamente

Iotto 6 HPLC

Q: si chiede di specificare se per "i dosaggi delle varianti emoglobiniche" si intendono il dosaggio di HbF, HbA2 e Varianti emoglobiniche

R: Si specifica che i dosaggi riguardano tutte le varianti emoglobiniche compreso HbF, HbA2.

Lotto 1

Q: al punto 9 del capitolato tecnico viene richiesto un comparto refrigerato per i reagenti di immunometria. Si chiede di precisare se questa caratteristica è richiesta anche per lo strumento da offrire in stand alone in associazione di impresa. Poiché alla tecnologia con reagenti liofili non serve refrigerazione a bordo strumentazione , al fine di garantire la più ampia partecipazione si chiede di modificare la specifica richiesta di vano refrigerato.

R: la ditta deve attenersi alle specifiche del capitolato di gara.

Lotto 10 sub lotto E

Q: Si chiede di rivedere le quantità presunte e l'adeguatezza della base d'asta.

R: in questa fase di gara non è ammessa alcuna variazione dell'importo

Lotto 1

Q: si chiede se i dosaggi immunometrici devono essere effettuati come richiesto in chemiluminescenza e/o fluorescenza.

R: i dosaggi immunometrici devono essere effettuati come richiesto in chemiluminescenza e/o fluorescenza. Non verrà data equivalenza a nessun altro metodo o tecnologia.

SR 25/1/16

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO
AVV. GABRIELLA SALIBRA

