

1. Arredi e accessori a corredo della fornitura

ARREDI A CORREDO DELLA FORNITURA

- Num. 1 sedia amagnetica;
- Num. 1 barella amagnetica;
- Num. 1 armadio porta oggetti amagnetico;
- Num. 1 carrello porta apparecchiature / porta accessori amagnetico.

- Num. 1 carrello per rianimazione con le seguenti caratteristiche di massima:
 - In materiale amagnetico, disinfettabile
 - Asta porta flebo
 - Cassettiera
 - Porta Aspiratore
 - N. 1 laringoscopio amagnetico con tre lame Miller
 - N. 1 laringoscopio amagnetico con quattro lame Mc Intosh
 - N. 1 pallone ambu Pediatrico
 - N. 1 pallone ambu Adulti
 - N. 2 pinze tiralingua
 - N. 2 divaricatori dentali

Tutti gli arredi sopra elencati dovranno essere caratterizzati da una costruzione solida ed ergonomica, dovranno inoltre essere realizzati con materiali diamagnetici, non soggetti a corrosione e resistenti ad urti e disinfezioni.