

## ALLEGATO N.7

### 1. Scheda requisiti minimi

#### **INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA**

<b>Descrizione:</b>	<b>Inietta mezzo di contrasto nel corso di esami con risonanza magnetica secondo tempi, pressioni e volumi prestabiliti.</b>
<b>Codice CIVAB:</b>	<b>IRM</b>
<b>Codice CND:</b>	<b>z11059001</b>
<b>Codice UMDNS:</b>	<b>18-158</b>

#### ***CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME***

Iniettore automatico per M.D.C. dedicato per sala magnete comandabile dalla sala di comando con doppia siringa per iniezione consecutiva di mezzo di contrasto e fisiologica di spinta;

- Marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 46/97 che recepisce la Direttiva 93/42/CEE
- Per le apparecchiature offerte sarà caratteristica preferenziale l'evidenza di conformità a:
  - alle norme EN 60601-1 (CEI 62-5) e alle altre norme di prodotto applicabili
  - alla Direttiva 47/2007/CE